



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Atviro konkurso (paskelbta 2015-04-28) 2015-06-02 Nr. VPT2-1134
Laboratorinės įrangos įsigijimas I 2015-05-29 Nr. 15-017
(Veterinarijos gydykla, Tilžės g. 18, Kaunas)
Pirkimo Nr. 162772
Dalyviams

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama Laboratorinės įrangos įsigijimo (Veterinarijos gydykla, Tilžės g. 18, Kaunas) pirkimą, atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 162772, paskelbta 2015-04-28), 2015 m. birželio 1 d. 16:00 val. posėdžio metu išnagrinėjusi 2015 m. gegužės 29 d. prašymą Nr. 15-017 „Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo“ nusprendė į jį atsakyti bei patikslinti pirkimo techninę specifikaciją.

Taip pat komisija nusprendė vadovautis konkurso sąlygų 8.2. p. ir savo iniciatyva patikslinti konkurso sąlygas, t.y. patikslinti pirkimo techninę specifikaciją.

Klausimo Eil. Nr.	Klausimas	Komisijos atsakymas
1.	„<.> ar galima siūlyti 3.8 poz. „Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamose-iškvėpiamose dujose analizės monitoriuje“ integruotą ne TFT tipo ekraną, o didesnio kontrasto elektroliuminescencinį, kurio pagrindinis privalumas prieš TFT ekraną, kad yra vienodai aiškiai matomas iš visų kampų.“	Komisija nusprendė pakoreguoti 3.8 poz. „Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamose-iškvėpiamose dujose analizės monitorius“ – 1.5. eilutę „Monitoriuje integruotas ekranas“: Vietoj: „TFT tipo arba lygiavertis ekranas“ Turi būti: TFT tipo (ar lygiavertis) ekranas arba elektroliuminescencinio tipo (ar lygiavertis) ekranas
2.	„<.> ar galima siūlyti 3.9 poz. „Operacinis šviestuvus su alkūnių sistema“ operacinę lempą, kurios sufokusuojamas apšvietimo lauko diametras nuo 22-29 cm, kai modulio sugeneruojamas šviesos intensyvumas 160 klux, o apšvietimo gylis 1000 mm. Jūsų	Komisija nusprendė pakoreguoti 3.9 poz. „Operacinis šviestuvus su alkūnių sistema“ 6 eilutę „Sufokusuojamas apšvietimo lauko diametras“: Vietoj: $\geq (20 - 30)$ cm Turi būti: ne siauresnis nei 22 - 29 cm

	reikalaujamas sufokusuojamas apšvietimo lauko diametras nuo 20-30 cm yra būdingas operaciniams šviestuvams, kurių šviesos intensyvumas ar apšvietimo gylis yra mažesni nei Jūsų reikalaujami.“	
3.	„<.> ar galima siūlyti 3.14 poz. „Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams“ inkubatorių, kurio dydis yra 756x845x343 mm, kai tuo tarpu pirkimo sąlygose nurodomas ne mažesnis kaip 740x850x340 mm. Mūsų manymu, 5 mm gylio skirtumas neturėtų įtakoti siūlomo inkubatoriaus funkcionalumo.	Komisija nusprendė pakoreguoti 3.14 poz. „Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams“ 7 eilutę „Išmatavimas ne mažesnis kaip“ Viejoj: Pxxgxa740x850x340 mm Turi būti: Pxxgxa740x840x340 mm

Komisija savo iniciatyva patikslina:

3.6 Modulinis narkozės aparatas – 1 vnt.

Viejoje reikalavimo:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė
27.	Komplektuojamas su O ² , N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ² dujų analizatoriumi.	Gali būti atskiras monitorius su tvirtinimo įtaisu arba integruotas į narkozės aparatą. Turi turėti bateriją, kuri užtikrintų nepertraukiamą darbą ne mažiau 45 min.

Turi būti reikalavimas:

27.	Suderinamas su 3.8 pozicijoje O ² , N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ² dujų analizatoriumi.	Būtina
-----	--	--------

Priedas. Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“ aktuali nuo 2015 m. birželio 1 d.

Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualia konkurso sąlygų redakcija.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė



Živilė Bagdonaitė

Tel.: (8 37) 37 21 70, el. p. zivile.bagdonait@lsmuni.lt